

FECHA: 16 / 4 / 2021

Cliente: CINZA BICENTENARIO SPA
Dirección: Libonardon Bonardo O'Higgins #4850
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER TM Serie: CYT 0050-0119

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA POTABILIZADA.
- CAMBIO DE FILTRO DE HUMEDAD.
- CAMBIO DE FILTROS DE CARBÓN.
- CAMBIO DE ENGRASA.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Monatán Correa</u>
Cargo	<u>Técnico</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL AUTOMATIZADO</u>
Firma	
	CENCOMEX