

FECHA: 23 / 6 / 2022

Cliente: HOSP. DE COQUIMBO

Dirección: _____

Ciudad: COQUIMBO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASEN Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBER TM 200 Serie: CTT 0102-0119

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.

DRENAJE Y LLENADO DE AGUA B. DESTINADA.

CAMBIO DE FILTROS DE CARBÓN.


CAMBIO DE FILTRO DE HUMEDAD.


REPARACIÓN DE ENGRABER Y PRUEBAS DE

DS PANO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Gabriel Portales</u>
Cargo	<u>Ingeniero</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>Jonbe Fernandez</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRICISTA</u>
Firma	
CENCOMEX	