

FORMULARIO Nº 4

CONTRATO DE SUMINISTROS DE INSUMOS CON ARRIENDO DE EQUIPOS AMBULATORIZACIÓN PARA
PACIENTES PROSTÁTICOS Y PACIENTES CON PATOLOGÍA LITIÁSICA DEL HOSPITAL SAN PABLO DE
COQUIMBO

ID: 2126-41-LQ18

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipo Láser de Litiasis

EQUIPO LASER				
PROPUESTA PÚBLICA ID N°	2126-41-LQ18	Plazo de Entrega	45 DIAS	
MARCA	QUANTASYSTEM	Meses Garantía Técnica	2 AÑOS	
MODELO	LITHO35W	Cantidad		
PROCEDENCIA	ITALIA	Capacitación Si / No	SI CUMPLE	
Tiempo de Respuesta ante un reporte de falla por escrito	24 HRS	Servicio Técnico Ofertado: No posee / Externo/ Interno Autorizado/Interno no Autorizado	SI CUMPLE	
A.-Representación de la marca B.- Repuestos Valorizados	SI	Cantidad de mantenimientos preventivos por año de garantía	2 MANTENCIONES PREVENTIVAS.	
		Plazo de Entrega		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		PJE	Sí/No	INDICACIONES (completar Información)
GENERAL	Para Litiasis Urológica	10	SI	35 W
	Longitud de onda	10	2100	
	Energía frecuencia hasta	10	3-30 HZ/ 0.1-5 J / ONDA PUSO 95- 1500 MICROSEG UNDOS.	
	Luz testigo verde, clase 3R, indicar	10	SI	
	Requerimiento eléctrico 230VAC; 50/60/ Hertz	10	SI	
	Luz testigo enfriamiento, sistema cerrado de enfriamiento	10	SI	
	Activación pedal de 2 interruptores, Indicar	10	SI	INTERRUPTOR STANDBY Y READY EN PEDAL
	Temperatura y humedad; 10°C a 30°C, sistema de enfriamiento por aire helado	10	SI	
OTROS	Manual en Idioma Español	10	SI	
	Capacitación al personal usuario y de mantenimiento	10	SI	
	El oferente debe presentar una garantía por los equipos	10	SI	
	Indicar periodicidad del mantenimiento durante el arriendo	10	SI	EL MANTENIEMNTO ES DE RESPONSABILIDAD DE CENCOMEX.
	El oferente debe presentar una garantía por los equipos	10	SI	
	Indicar tiempo de respuesta en horas, ante un reporte de falla	10	48 HRS	
	Listado de repuestos e insumos más utilizados, valorizados	10	SI	LOS REPUESTOS SON DE RESPONSABILIDAD DE CENCOMEX YA QUE EL EQUIPO ES

				EN COMODATO Y NO VENTA.
	Demostrar si posee servicio técnico autorizado por fabrica	10	SI	
	El oferente debe presentar certificado de representación y fecha de vigencia de este documento	10	SI	
	El oferente debe certificar 10 años de vida útil para todos los equipos.	10	SI	

Equipo Láser de Próstata

EQUIPO LASER				
PROPUESTA PÚBLICA ID N°	2126-41-LQ18	Plazo de Entrega		45 DIAS
MARCA	QUANTASYSTEM	Meses Garantía Técnica		24 MESES O TIEMPO DE PERMANENCIA DEL EQUIPO. CON UN MINIMO DE CASOS MENSUALES DE 10 USOS.
MODELO	CYBER TM200	Cantidad		1
PROCEDENCIA	ITALIA	Capacitación Si / No		SI
Tiempo de Respuesta ante un reporte de falla por escrito	48 HRS.	Servicio Técnico Ofertado: No posee / Externo/ Interno Autorizado/Interno no Autorizado		SERVICIO TECNICO INTERNO.
A.- Representación de la marca B.- Repuestos Valorizados		Cantidad de mantenimientos preventivos por año de garantía		2 MANTENIMIENTOS.
		Plazo de Entrega		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		PJE	Sí/No	INDICACIONES (el oferente podrá completar Información)
GENERAL	Para Prostática Urológica	10	SI	
	Longitud de onda	10	2010NM	
	Energía frecuencia hasta	10	200W/ EN 1,2,5 / ONDA CONTINUA DE 5MS- HASTA 100HZ.	
	Luz testigo verde, clase 3R, indicar	10	SI	
	Requerimiento eléctrico 230VAC; 50/60/ Hertz	10	SI	
	Luz testigo enfriamiento, sistema cerrado de enfriamiento	10	SI	
	Activación pedal de 2 interruptores, Indicar	10	SI	
	Temperatura y humedad; 10°C a 30°C, sistema de enfriamiento por aire helado	10	SI	
OTROS	Manual en Idioma Español	10	SI	
	Capacitación al personal usuario y de mantenimiento	10	SI	
	El oferente debe presentar una garantía por los equipos	10	SI	
	Indicar periodicidad del mantenimiento durante el arriendo	10	SI	ADJUNTA CARTA GANTZ
	El oferente debe presentar una garantía por los equipos	10	SI	
	Indicar tiempo de respuesta en horas, ante un reporte de falla	10	48 HRS	
	Listado de repuestos e insumos más utilizados, valorizados	10		
	Demostrar si posee servicio técnico autorizado por fabrica	10		

	El oferente debe presentar certificado de representación y fecha de vigencia de este documento	10	SI	
	El oferente debe certificar 10 años de vida útil para todos los equipos.	10	SI	

Equipo Ureterorrenoscopia Flexible

EQUIPO URETERORRENOSCOPIO FLEXIBLE				
PROPUESTA PÚBLICA ID N°	2126-41-LQ18	Plazo de Entrega		48 HRS
MARCA	PUSEN (DESECHABLE REF: UE-3022)	Meses Garantía Técnica		SEGÚN EL TIEMPO DEL CONVENIO.
MODELO	URETERORRENOSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE PUSEN	Cantidad		2 EQUIPO, CON UN MINIMO DE USOS DE 6 CASOS MESNUALES.
PROCEDENCIA	CHINA	Capacitación Si / No		SI
Tiempo de Respuesta ante un reporte de falla por escrito	48 HRS.	Servicio Técnico Ofertado: No posee / Externo/ Interno Autorizado/Interno no Autorizado		NO NECESITA
A.- Representación de la marca B.- Repuestos Valorizados	NO NECESITA REPUESTOS, NI SERVICIO TECNICO.	Cantidad de mantenimientos preventivos por año de garantía		NO NECESITA MANTENCIONES.
		Plazo de Entrega		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		PJE	Sí/No	INDICACIONES (completar Información)
GENERAL	Para cirugía endoscópica urología renal con deflexión de 270 grados y diámetro máximo de camisa 7,5 Fr. Indicar	10	SI	
	Largo de 67cm. Indicar	10	SI	
	Punta de Cerámica Laserite	10	SI	
	270° deflexión bidireccional	10	SI	
	Canal de trabajo de 3.6 Fr	10	SI	
	Torsión resistente	10	SI	
	Mango ergonómico	10	SI	
	Visión óptica	10	SI	
	Incorporar todos los insumos necesarios para esta cirugía; como vaina hidrofílica, punta recta, vaina de acero uretral, canastillo, etc.	10	SI	KIT FLEXIBLE INCLUYE 2 GUIAS, VAINA DE ACCESO URETERAL DIFERENTES MEDIDAS Y CANASTILLO DORMIANGAGE.
OTROS	Manual en Idioma Español	10	SI	
	Capacitación al personal usuario y de mantenimiento	10	SI	
	El oferente debe presentar una garantía por los equipos	10	SI	
	Indicar periodicidad del mantenimiento durante el arriendo	10	SI	NO NECESITA
	El oferente debe presentar una garantía por los equipos	10	SI	
	Indicar tiempo de respuesta en horas, ante un reporte de falla	10	48 HRS.	
	Listado de repuestos e insumos más utilizados, valorizados	10	SI	
	Demostrar si posee servicio técnico autorizado por fabrica	10	SI	
	El oferente debe presentar certificado de representación y fecha de vigencia de este documento	10	SI	
	El oferente debe certificar 10 años de vida útil para todos los equipos.	10	SI	

MORCELADOR

EQUIPO MORCELADOR			
PROPUESTA PÚBLICA ID N°	2126-41-LQ18	Plazo de Entrega	45 DIAS.
MARCA	WOLF	Meses Garantía Técnica	24 MESES.
MODELO	PIRANHA	Cantidad	1 EQUIPO
PROCEDENCIA	ALEMANIA	Capacitación Si / No	SI
Tiempo de Respuesta ante un reporte de falla por escrito	48 HRS.	Servicio Técnico Ofertado: No posee / Externo/ Interno Autorizado/Interno no Autorizado	SI POSEE
A.- Representación de la marca B.- Repuestos Valorizados	NO NECESITA YA QUE ES UN EQUIPO EN ARRIENDO Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ES DE NUESTRA RESPONSABILIDAD.	Cantidad de mantenimientos preventivos por año de garantía	2 MANTENCIONES.
		Plazo de Entrega	



Pierino Gazzana Gomez
C.I. 6.486.849-7
Representante Legal
Central de Compras del Extrasistema S.A.
R.U.T. 96.515.660-7



Marcelo Stuardo Venegas
C.I. 11.638.906-1
Representante Legal
Central de Compras del Extrasistema S.A
R.U.T. 96.515.660-7



FIRMA Y TIMBRE OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE

Santiago, 02 de Agosto de 2018