

FECHA: 13 / 3 / 2023

Cliente: HOSP. DE QUILICURA

Dirección: _____

Ciudad: QUILICURA

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASER

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBER TM 200

Serie: CYT 0229 - 0229

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☒ Ajuste/ Calibración

☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- EQUIPO 100% OPERATIVO.
- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.

- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESLIZADA


- CAMBIO DE FILTROS DE CALIENTES.


- CAMBIO DE FILTROS DE HUMEDAD.

- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPONIBILIDAD

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	<u>VICTOR MENeses O.</u>
Cargo	<u>COORD. EQUIPO MEDICO</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRONICO</u>
Firma	
	CENCOMEX