

FECHA: 3 / 4 / 2021

Cliente: HOSPITAL BASE VALDIVIA

Dirección: SIMPSON #850

Ciudad: VALDIVIA

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: UEN

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBER TM

Serie: CYT 0623-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- Revisión de ESTADOS FISICA

- DRINAJE Y LLENADO DE AGUA BIODISULADA

- CAMBIO DE FILTRO DE CARBON

- CAMBIO DE FILTRO DE HUMEDAD


- VERIFICACIÓN DE ENERGÍA

- EQUIPO 100% OPERATIVO

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Fabian Flanitz</u>
Cargo	<u>Ref. Técnico Eq. 17.</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernandez</u>
Cargo	<u>W6. CIVIL ELECTRICISTA</u>
Firma	
	CENCOMEX