

FECHA: 2 / 2 / 2023

Cliente: Red Salud VITACUNA

Dirección:

Ciudad: STGO

Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBER TM 200

Serie: CYT 1043-0519

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☒ Ajuste/ Calibración

☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTACIONA FÍSICA.

- DRENAJE Y VENTILACIÓN DE AGUA RESIDUAL.


- CAMBIO FILTROS DE CALIENTE.


- CAMBIO FILTROS DE HUMEDAD.

- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISEÑO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Edmundo González M
Cargo	tec. Electricidad 1325672-0
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Jorge FERNÁNDEZ
Cargo	ING. CIVIL ELECTRICISTA
Firma	
CENCOMEX	