

FECHA: 7 / 2 / 24

Cliente: Red Salud vitacura

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: LÁSER

Marca: Quanta System

Modelo: Cyber TM

Serie: CYT1073-0519

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

Equipo sin Botón de apagado.

Drenado del agua y Rellenado de agua

Cambio de filtro de humedad y filtro de agua

Calibración de niveles de energía

Pruebas de disparo

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre

Eduardo Campos G

Cargo

Tec. Germ Polzella

Firma

CLIENTE

Nombre

Natalia Espinoza

Cargo

Firma

CENCOMEX