

FECHA: 24, 4, 2021

Cliente: SERVICIOS MEDICOS TABANCUA

Dirección: TABANCUA # 1135

Ciudad: SGO

Fono contacto:

Equipo/Sistema: Ukon

Marca: QUADA SYSTEM

Modelo: CYBON TM

Serie: CIT 1043-0519

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☒ Otra (especificar) FALLA UPS

Descripción Trabajo:

- SE PUSA MANTENCIÓN DE EQUIPO por FALLA DE UPS.
- EQUIPO FUERA DE SERVICIO HASTA EL RECAMBIO DE UPS CORREGIDA.
- UPS SIN 900061411740009.
- PRUEBA DE UPS OK.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Nelson Contreras
Cargo	fac equipos medicos
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Sergio Román
Cargo	ING. CIVIL AUTOMATICO
Firma	
	CENCOMEX