

FECHA: 30 / 1 / 2023

Cliente: HOSP. DR. HERMAN HERNÁNDEZ ARÁVALO

Dirección:

Ciudad: Temuco

Fono contacto:

Equipo/Sistema: UREN

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYREN TM 200

Serie: CTT 7074 -020

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTANQUEA FÍSICA.

- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESTILADA.

- CAMBIO DE FILTROS DE CARBÓN.


- CAMBIO DE FILTRO DE HUMEDAD.

- CALIBRACIÓN DE ENFOCA Y PRUEBAS DE DISPONIBILIDAD.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Tamara Bustos
Cargo	Enfermera
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ECONÓMICO
Firma	
	CENCOMEX