

FECHA: 31 / 5 / 2021

Cliente: UNIÓN SIDA DE CHILE
Dirección: DR ANTONIO LUNA LUNA 9901
Ciudad: SOTO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASIN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER TM Serie: CYT 1130-0314

Servicio:

☒ Mant. Preventiva ☒ Mant. Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☒ Pieza quebrada ☒ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) CABLE PUDON SUELTO/ ENCAJE NOVO


Descripción Trabajo:

- SE REALIZA AJUSTE DE CABLE DE PUDON Y CAMBIO DE ENCAJE
- TRENADO Y UNIÓN DE AGUA ADECUADA.
- CAMBIO DE FILTROS DE HUMEDAD Y CALOR.
- REVISIÓN DE KINETICA DE ESPESOS Y CAMBIOS DE UNIÓN. EQUIPO SE ENCUENTRA CON OPS SIN 9000614124009.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Oliver Lopez
Cargo	Interferencia
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Bunge Fernando
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICA
Firma	
	CENCOMEX