

FECHA: 4 / 4 / 2023

Cliente: HOSP JJ ARIAS U. DE CHILE
Dirección:
Ciudad: STGO Fono contacto:

Equipo/Sistema: Láser Marca: Quanta System
Modelo: Cyber TM Serie: CYT1180-0817

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☒ Otra (especificar) Fuga Agua Chiller 2

Descripción Trabajo:

Al realizar el procedimiento de Mantenimiento Preventivo se detectó Fuga de Agua en el Chiller 2, por lo que se recomienda a Cliente enviar sólo Chiller a Servicio Técnico.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	M. RIVERA B.
Cargo	COORDINADOR EQ. MEDICOS
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL AUTOMATIZADO
Firma	
	CENCOMEX