

FECHA: 4 / 4 / 2023

Cliente: HOSP. JS AGUIRRE U DE CEILE

Dirección:

Ciudad: STGO

Fono contacto:

Equipo/Sistema: WSON

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBER TM 200

Serie: CYT M30-0817

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☒ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

- CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA DE CAUCHO 2.
- CAMBIO DE FILTROS DE CAUCHO.
- CAMBIO DE FILTRO DE HUMEDAD.
- CALIBRACIÓN DE CLORO.
- PRUEBAS DE DESMAY.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	
Cargo	
Firma	 Carolina Duque Rodriguez Enfermera Universitaria Pabellones Quirúrgicos

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL MECÁNICO
Firma	 CENCOMEX