

FECHA: 5 / 4 / 2022

Cliente: UNIVERSIDAD DE CHILE

Dirección: _____

Ciudad: STGO.

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Ken

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBER TM 200

Serie: CYT 1180 - 0814

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☒ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA. EQUIPO SIN BOTÓN DE EMERGENCIA.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESECIADA.
- CAMBIO DE FILTROS DE CARBÓN Y HUMEDAD.
- CALIBRACIÓN DE EMERGENCIA
- PRUEBAS DE DISPLAY.
- EQUIPO FUNCIONA CON UPS BKUP SIN 9006141124008 (ENTREGADA).

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>YANARA MORALES</u>
Cargo	<u>ENFERMERA</u>
Firma	<u>YANARA</u>
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ADMINISTRACIÓN</u>
Firma	<u>[Firma]</u>
	CENCOMEX