

FECHA: 22 / 04 / 2024

Cliente: Hospital Guillermo Grant Benavente
Dirección:
Ciudad: Concepcion Fono contacto:

Equipo/Sistema: HES2 Urologie Marca: Quanta System
Modelo: Cyber III 200 Serie: CYT1626-0721

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:


Equipo presente fallas técnicas en el sistema de refrigeración; drenaje y llenado de agua bidestilada imposibilitado. Equipo no se encuentra operativo. Se continuará el proceso de mantenimiento en las instalaciones de CENCOMEX S.A.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Fernando Sauter
Cargo	Superintendente
Firma	

CLIENTE

Nombre	Benjamin Boccia
Cargo	Ing Civil Biotecnico
Firma	

CENCOMEX