

FECHA: 08 / MAR / 2023

Cliente: Cencomex

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: Láser

Marca: Quanta System

Modelo: Cyber TM 200

Serie: CYT1898-0921

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

Se drena y rellena con Agua sistema de Refrigeración.

Se cambia Filtro de Chiller y Filtro de Humedad.


Se realiza Calibración de Energía y Pruebas de Disparo.


Mantenimiento Preventivo OK.

Equipo con UPS S/N: 40M5100007

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Constanza Huenteu
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Ricardo Bravo
Cargo	Técnico Electrónico
Firma	
	CENCOMEX