



CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE INSUMOS, FARMACOS Y EQUIPOS MEDICOS
COMERCIALIZACION DE INSUMOS FARMACOS Y EQUIPOS MEDICOS
MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS

R.U.T.: 96.515.660-7
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
N° 00208549

Casa Matriz:
Av. Galvarino 7640, Parque Aconcagua.
Fono: 2751 8400
Comuna: Quilicura - Santiago.
Mail: cencomex@cencomex.cl

Sucursal:
Calle Autopista 5980
Autopista Talcahuano - Concepción
Fono:(041) - 325 5253
Comuna: Talcahuano - Talcahuano

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : CLINICA AVANSALUD S.P.A.
R.U.T. : 78.040.520 -1
DIRECCION : AV SALVADOR 100
COMUNA : PROVIDENCIA
CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : CLINICAHOSPITAL
COMENTARIOS : OC: MANTENCION

FECHA EMISION : 18 de diciembre de 2023
TELEFONO :
IND. TRASLADO DE BIENES: OTROS NO VENTA

Sírvase recibir conforme lo siguiente: a: Central de Compras del Extrasistema S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	PPA VOL COM	CANTIDAD	LOTE SERIE	FECHA EXPIRACION	PRECIO TOTAL
IBM000358	WATER FILTER CARTRIDGE ()	UN	2			2
CAQ000001	FILTRO HUMEDAD ()	UN	1			1


CENCOMEX

Oscar Droguett
Equipos Médicos
Redsalud Providencia
29/01/24

(OV: 260402) NUMERO DE SERIE CYT 1956-0622 (Choferes: ERWIN ROJAS 15.528.044-1, VICTOR MARTINEZ 14.167.256-8, JUAN ROSALES 12.256.692-7, SIMON CONTRERAS 17.463.397-5, JONATHAN CARCAMO 17.732.922-3, ENIO RIOBO 16.389.975-2, AMADO MATAMALA VERGARA 17.912.962-0, DIEGO RUBIO 17.732.182-9. Patentes: LPCB-57, KGXF-87, LXJX-72, LXJX-71, HHYG-69, FWLX-32, HWHY-76, HGVG-46)

Son: CUATRO PESOS

Neto \$ 3
19% I.V.A \$ 1
Total \$ 4



Nombre: _____ R.U.T.: _____

Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"



CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE INSUMOS, FARMACOS Y EQUIPOS MEDICOS
COMERCIALIZACION DE INSUMOS FARMACOS Y EQUIPOS MEDICOS
MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS

R.U.T.: 96.515.660-7
**GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA**
N° 00208549

Casa Matriz:
Av. Galvarino 7640, Parque Aconcagua.
Fono: 2751 8400
Comuna: Quilicura - Santiago.
Mail: cencomex@cencomex.cl

Sucursal:
Calle Autopista 5980
Autopista Talcahuano - Concepción
Fono:(041) - 325 5253
Comuna: Talcahuano - Talcahuano

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR (ES) : CLINICA AVANSALUD S.P.A.
R.U.T. : 78.040.520 -1
DIRECCION : AV SALVADOR 100
COMUNA : PROVIDENCIA
CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : CLINICAHOSPITAL
COMENTARIOS : OC: MANTENCION

FECHA EMISION : 18 de diciembre de 2023
TELEFONO :
IND. TRASLADO DE BIENES: OTROS NO VENTA

Sírvase recibir conforme lo siguiente: a: Central de Compras del Extrasistema S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	PPA VOL COM	CANTIDAD	LOTE SERIE	FECHA EXPIRACION	PRECIO TOTAL
IBM000358	WATER FILTER CARTRIDGE ()	UN	2			2
CAQ000001	FILTRO HUMEDAD ()	UN	1			1


CENCOMEX

Oscar Droguett
 Equipos Médicos
 Redsalud Providencia
 29/01/24

(OV: 260402) NUMERO DE SERIE CYT 1956-0622 (Choferes: ERWIN ROJAS 15.528.044-1, VICTOR MARTINEZ 14.167.256-8, JUAN ROSALES 12.256.692-7, SIMON CONTRERAS 17.463.397-5, JONATHAN CARCAMO 17.732.922-3, ENIO RIOBO 16.389.975-2, AMADO MATAMALA VERGARA 17.912.962-0, DIEGO RUBIO 17.732.182-9. Patentes: LPCB-57, KGXF-87, LXJX-72, LXJX-71, HHYG-69, FWLX-32, HWHY-76, HGVG-46)

Son: CUATRO PESOS

Neto \$ 3
19% I.V.A \$ 1
Total \$ 4



Nombre: _____ R.U.T.: _____

Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)''

FECHA: 29 / 1 / 24

Cliente: Red Salud Providencia

Dirección: _____

Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USER Marca: Quanta System

Modelo: Cyber TM Serie: LYT1156-0622

Servicio:

Mant Preventiva Mant Correctiva Otro (especificar)

Tipo de falla:

Pieza quebrada Accesorio Ajuste/ Calibración Cambio repuesto

Mecánica Eléctrica Software Alimentación / Batería

Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

Cambio de filtro de humedad

Drenado de agua

Cambio de filtro de agua

Releuado de agua bidestilada

Calibración niveles de energía

Equipo 100% operativo

Hora Inicio: Hora Termino:

Nombre	
Cargo	
Firma	<u>Oscar Droguett</u> <u>Equipos Médicos</u> <u>Redsalud Providencia</u>

CLIENTE

Nombre	<u>Natalia Espinoza</u>
Cargo	<u>Ingeniero de campo</u>
Firma	<u>Natalia Espinoza</u>

CENCOMEX