

FECHA: 23/11/2020

Cliente: CENCOMEX
Dirección: AV. GALVARINO #7640
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CYBER TM Serie: CYT 2394-1213

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- SE REALIZA MANT. COMPLETA A EQUIPO.
- SE REALIZA DRENADO Y VENTEO DE AGUA B. DRENAJE.
- SE REALIZA CAMBIO DE FILTROS DE CHILLER Y FILTRO DE HUMEDAD.
- SE REALIZA MANTENCIÓN DE ESPESOS Y PRUEBAS DE DISPARO. EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Constanza Huente</u>
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRICISTA</u>
Firma	
	CENCOMEX