

FECHA: 31/08/20

Cliente: Cen Comex
Dirección: Av. Galvarino 7640
Ciudad: Stgo Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Laser Marca: Quanta System
Modelo: Cydon TM Serie: cyt2397-TU8

Servicio:

☐ Mant Preventiva ☒ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☒ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☒ Otra (especificar) Conector Reparado


Descripción Trabajo:

Se Repara Conector del Reconocedor de
F.BM.
Equipo Operativo

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Luis Carrasco</u>
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Andrea Yara</u>
Cargo	<u>Supervisor</u>
Firma	
	CENCOMEX