

FECHA: 4 / 3 / 2022

Cliente: HOSP. DO GARMEN DE MAIPO

Dirección: _____

Ciudad: STGO

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Ukon

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: CYBER TM 200

Serie: CYT 2641-M21

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REUSIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- DRENAGE Y LLENADO DE AGUA BIODESTRADA
- CAMBIO DE FILTRO DE HUMEDAD
- CAMBIO DE FILTRO DE CHILLO.
- AUBRICIÓN DE ENERGIA Y PRUEBA DE DISPLAY.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Sebastián Donoso</u>
Cargo	<u>Escritor</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>Sonke Kinnandor</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL OECOMEX</u>
Firma	
CENCOMEX	