CENCOMEX
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD

HOJA DE SERVICIO N° 7782

FECHA: 13 / 3 / 23

Cliente: Hospital de Quillota

Dirección:

Ciudad: Quillota Fono contacto:

Equipo/Sistema: Laser Marca: Quanta System

Modelo: Lithio Serie: LHT0245 0221

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

Revisión estructura física
Drenaje y llenado de agua desionizada
Cambio de filtro DI
Revisión de Blast shield
Calibración de energía y pruebas de disparo

Equipo 100% Operativo

Hora Inicio: Hora Termino:

Nombre	Victor Meneses O.
Cargo	Coord Equipos Médicos
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	Ing. civil electrónico
Firma	
	CENCOMEX