

FECHA: 19 / 5 / 2023

Cliente: FACH / CENCOMEX
Dirección: _____
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 0321 - 0219

Servicio:

☐ Mant Preventiva ☒ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- SE REALIZA CAMBIO DE ESPEJO TAMBIEN DAÑADO.
- AJUSTACIÓN DE ESPEJOS.
- CALIBRACIÓN DE EMISIÓN.
- PRUEBAS DE DISPARO PROLONGADO
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Santiago Carillo
Cargo	ENFERMERO PABELLÓN
Firma	 CLIENTE Hospital FACH pabellon central

Nombre	INGE FERNÁNDEZ
Cargo	ING. CIVIL ELECTRICISTA
Firma	 CENCOMEX