

FECHA: 6 / 3 / 23

Cliente: HOSPITAL FACH

Dirección: \_\_\_\_\_

Ciudad: Santiago Fono contacto: \_\_\_\_\_

Equipo/Sistema: LASER Marca: Quanta System

Modelo: LITHO Serie: LHT0321-0219

**Servicio:**

Mant Preventiva     Mant Correctiva     Otro (especificar) \_\_\_\_\_

**Tipo de falla:**

Pieza quebrada     Accesorio     Ajuste/ Calibración     Cambio repuesto

Mecánica     Eléctrica     Software     Alimentación / Batería


Otra (especificar) \_\_\_\_\_

**Descripción Trabajo:**

SE REALIZO LIMPIEZA Y LLENADO DE AGUA DESTILADA, CAMBIO DE FUSO D.I., CAMBIO DE BLAST SHIELD QUEBRADO.  
JUSTE DE PARAFUOS Y PRUEBAS DE DISPERZO EN OPTICAS  
CONDICIONES. ESTADO BLAST SHIELD OK.  
-EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:  Hora Termina:

Nombre	<u>WIS HUARAN</u>
Cargo	<u>TECNICO</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>JONAS FERNANDEZ</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRONICO</u>
Firma	
	CENCOMEX