

FECHA: 22 / 09 / 2023

Cliente: H. Sotero del Río

Dirección:

Ciudad: Santiago Fono contacto:

Equipo/Sistema: Láser Marca: Quanta System

Modelo: Litho Serie: UHT0334-0218

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

Se dreña y rellena Agua Bidestilada OK.

Se cambia Filtro De-Ionizante, OK.


Pruebas de Disparo y Calibración, OK.


Blast Shield en buen estado, procedimiento OK.

Equipo Operativo //

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Cristian Quintenos
Cargo	AUXILIAR
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Ricardo Bravo
Cargo	Técnico Electrónico
Firma	
	CENCOMEX