

FECHA: 18 / 3 / 24

Cliente: Ceu comex
Dirección:
Ciudad: Santiago Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER Marca: Quanta System
Modelo: Litho 35 Serie: LHT 0433-0219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar):


Descripción Trabajo:

Estructura física y Blant.Suield en óptimas condiciones
Drenado y Belluado con agua bidestilada
Calibración de energía. Cambio de filtro desionizante
Pruebas de disparo OK
Equipo 100% operativo

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	WIS CARROQUEO
Cargo	
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Natalia Espinoza
Cargo	
Firma	
CENCOMEX	