

FECHA: 28 / 6 / 2022

Cliente: HOSP. DE COQUIMBO

Dirección:

Ciudad: COQUIMBO

Fono contacto:

Equipo/Sistema: ISON

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITHO

Serie: LHT 0463-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

-REVISIÓN DE ESTRUCTURA A 31A.

-REVISIÓN Y CAMBIO DE BLASTSHIELD.

-CAMBIO DE DEIONIZADOR ANÁLISIS.

-DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESEADA.


-CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE DISPENSAR.

-AJUSTE DE GRUPO DE POTENCIA.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	Juan Baudiano
Cargo	Enfermero
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL EJECUTIVO
Firma	
CENCOMEX	