

FECHA: 5 / 12 / 22

Cliente: HOSP. DE QUIMBO
Dirección: _____
Ciudad: QUIMBO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LIT 0463-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____


Tipo de falla:


☒ Pieza quebrada ☒ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo: - CALIBRACIÓN DE ENONGIA Y PUNOS DE SPANO.
- CONEXIÓN DE PEDAL NOVO. SE REALIZAN PRUEBAS
CON PEDAL DOBLE DE CYRON TM.
- REAJUSTE DE CABLE DE FUEGO.
- PASEADO Y CLENADO DE AGUA BIODIGESTADA
- CAMBIO DE DEFUNIZO ANTIMIDGE.
- REVISIÓN DE BUSHFIELD (OK)

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	
Cargo	 Giselle Gamito Durán Rut: 16.623.204-K Enfermera
Firma	
	CLIENTE

Nombre	JUNCE FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICO
Firma	
	CENCOMEX