

FECHA: 10 / 9 / 2020

Cliente: HOSPITAL REGIONAL DE COPIAPO
Dirección: LOS CARRENA #1320
Ciudad: COPIAPO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 0549-0318

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- SE REALIZA MANTECIÓN COMPLETA A EQUIPO.
- SE REALIZA DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESEADA
- SE REALIZA CAMBIO DE DEIONIZES ANTÁCIDOS.
- SE REALIZA CAMBIO DE BAST. (SHIELD) (BUEN ESTADO)
- SE REALIZA CALIBRACIÓN DE ENERGÍA. EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Terminó: _____

Jefe Unidad de Equipos Médicos e Ingeniería Clínica
SERVICIO DE SALUD ATACAMA
HOSPITAL REGIONAL DE COPIAPO

Nombre	Ros Pineda
Cargo	Se de EEM e Ing Clínica
Firma	

CLIENTE

Nombre	SERGE FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL ELECTRICISTA
Firma	

CENCOMEX