

FECHA: 23, 11, 2021

Cliente: HOSP. REGIONAL DE COPIAPO  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Ciudad: Copiapó Fono contacto: \_\_\_\_\_

Equipo/Sistema: USN Marca: QUANTA SYSTEM  
Modelo: LITHO Serie: LHT 0549 - 0318

## Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) \_\_\_\_\_

## Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto  
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería  
☐ Otra (especificar) \_\_\_\_\_

## Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.  
- TRÁMITE Y LLENADO DE AGUA BODESTILADA.  
- CAMBIO DE DEIONIZE CONTINÚO  
- REVISIÓN DE BUSHIELD (OK)  
- CAMBIO DE ENCHOFES Y PRUEBAS DE DESPACHO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

|        |                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | <u>Dámaris Salamanca</u>                                                                       |
| Cargo  | <u>Encargada FEMM</u>                                                                          |
| Firma  | <br>CLIENTE |

|        |                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | <u>JONAS FERNANDEZ</u>                                                                            |
| Cargo  | <u>ING. CIVIL ELECTRONICO</u>                                                                     |
| Firma  | <br>CENCOMEX |