

FECHA: 24 / 5 / 2023

Cliente: HOSPITAL DE COPILAPO
Dirección: _____
Ciudad: COPILAPO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 0549-0318

Servicio:

☐ Mant Preventiva ☒ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☒ Pieza quebrada ☒ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- CAMBIO DE INTERLOCK DAÑADO POR UNO NUEVO.
- INSTALACIÓN DE PAPA PROTECTORA DE FIBRA CAUCHA
EN CONJUNTO CON SU PERILLA.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Luis Pineda Flores</u>
Cargo	<u>Jefe de Ing. Clínica y FEMM</u>
Firma	 CLIENTE

Nombre	<u>JUNGE FERNANDO</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRICIZO</u>
Firma	 CENCOMEX