

FECHA: 15, 11, 2021

Cliente: HOSP. BASE VALDIVIA
Dirección: _____
Ciudad: VALDIVIA Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 0596-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

REVISIÓN DE ESTRUCURA FÍSICA. CANTON HEMERA INZOWICK PCW.
- DRENAJE Y CUBADO DE POZA BIDESEADA.
- CAMBIO DE DEBONIZE CANTIDGES.
- REVISIÓN DE BUSTSHIELD (OK)
- COMBINACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	FABIAN FLANDEZ FILOZA
Cargo	Referente Técnico Unidad Equipos Médicos HOSPITAL BASE VALDIVIA
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>JORGE KERNANDEZ</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRICISTA</u>
Firma	
	CENCOMEX