

FECHA: 21 / 3 / 24

Cliente: Hospital Clínico la Florida

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER

Marca: Quanta System

Modelo: Litho

Serie: LHT0629-0223

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

Estructura física sin observaciones. Cambio de filtro desionizante

Drenado y rellenado con agua bidestilada

Calibración de niveles de energía.

Pruebas de disparo. BlastShield en estado óptimo

Equipo 100% operativo

Hora Inicio:

Hora Terminó:


Nombre

Raúl de la Cruz

Cargo

Enc. mant. prev.

Firma




CLIENTE

Nombre

Natalia Espinoza

Cargo

Firma



CENCOMEX