



CENCOMEX

HOJA DE SERVICIO

Nº 0008654

FECHA: 17 / 5 / 2024

Cliente: HOSP. SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES

Dirección: _____

Ciudad: LOS ANDES Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITHO Serie: LHT 0718-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☒ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería☐ Otra (especificar): _____

Descripción Trabajo: - EQUIPO 100% OPERATIVO.
- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- CAMBIO DE BASTSHIELD QUEMADO.
- DRENAGE Y UENADO DE AGUA BIDESTILADA.
- CAMBIO DE FILTRO D.I.
- REVISIÓN DE BANCO OPTICO.
- SE SOLICITA REVISIÓN DE FIBRAS / ACCESO A SOW 110K.

Hora Inicio: Hora Terminó:

Nombre: JAVIER BAZO CARRERA

Cargo: TECNICO

Firma:

CLIENTE

Nombre: Jorge Fernández

Cargo: Ingeniero Civil Electrónico

Firma:

CENCOMEX