

FECHA: 15 / 7 / 2022

Cliente: CLINICA BICENTENARIO
Dirección:
Ciudad: SGO Fono contacto:

Equipo/Sistema: URON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: UHT0199-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar)


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BUSTAPLAC (QUEMADO).
- SE SOLICITA REVISIÓN DE FIRMAS OPTICAS
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA ENFRIADA.
- CAMBIO DE DEVIUZE CONTINUIDE.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PUEBOS DE DESPACHO

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	VICTOR RIOS
Cargo	ESPECIALISTA DE EQUIPOS MEDICOS
Firma	
	CLIENTE

Nombre	JORGE FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL ADMINISTRATIVO
Firma	
	CENCOMEX