

FECHA: 8 / 9 / 2020

Cliente: RED SAUD SANTIAGO
Dirección: VIBERON DON BENNANDO O'HIGGINS # 4850
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITRO Serie: LHT 0719-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- SE REALIZA MANUTENCIÓN COMPLETA A EQUIPO
- SE REALIZA DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDSUD.
- SE REALIZA CAMBIO DE DETONITE CAMBRIDGE.
- SE REALIZA CAMBIO DE PLAST SHIELD. (QUEMADO), SE
SOLICITA FIRMAS PARA SU REVISIÓN. EQUIPO 100% OPERATIVO.
- SE REALIZA INSPECCIÓN DE PINES DE VENTILADOR. SE REALIZA CAMBIO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Donatella Perez</u>
Cargo	<u>Técnico EEM</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernandez</u>
Cargo	<u>Ing. Civil Electrónico</u>
Firma	
	CENCOMEX