



No 004245

FECHA: 24/9/2020

CLIENTE: HOSPITAL LA SERENA

R.U.T.: 61.606.402-9

DIRECCION: PALMADA # 916

CIUDAD: LA SORENA

TELEFONO: _____

FAX: _____

ENCARGADO: REGIO AAMWS

SERVICIO: MANUTENCION

EQUIPO

MARCA

MODELO

SERIE N°

ASm

QUANTA SYSTEM

Litho

LHT 0723-0319

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

- SE REALIZA MANUTENCIÓN COMPLETA A EQUIPO.
- SE REALIZA DRENADO Y LLENADO DE AGUA BIDESECCIONADA.
- SE REALIZA CAMBIO DE PEIGUNTERO CANTIDOR.
- SE NOTIFICA ESTADO DE BASTIDERO. (BUENO) SE REPONE POR NUEVO.
- SE REVISAN NIVELES DE ENERGIA, SE REALIZAN DISPOSITIVOS DE PROTECCION.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

HORA DE INICIO

HORA DE TERMINO

TOTAL HORAS HOMBRE

FIRMA
CENCOMEX S.A.

TÉCNICO: Son6s FERNÁNDEZ

FIRMA

EMPRESA: Hospital La Serena
CLIENTE: X