

FECHA: 21 / 2 / 2023

Cliente: Hosp. De LA SERENA

Dirección:

Ciudad: LA SERENA Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASON Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITAO Serie: LHT 0423-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☒ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto


☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo: - CONEXION MARCHA DE POTAL E INTERLOCK MARCHA.
- REVISION DE 3 FIRMAS OPERARIOS (OK).
- REVISION DE BUSBARRILLO.
- DRENAJE Y LLENADO DE ALCA BIDESECUADA.
- CAMBIO DE FILTRO D.I.
- COMBINACION DE ENGRANAJE Y PRUEBAS DE DISIPACION.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	JUAN PABLO BARRIOS H.
Cargo	9.676.446-4 Técnico de Equipos Médicos Hospital La Serena
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernandez
Cargo	ING. CIVIL ELECTRICISTA
Firma	
	CENCOMEX