

FECHA: 12, 10, 2021

Cliente: HOSPITAL LA SERENA
Dirección: BARMAQUETA 916
Ciudad: LA SERENA Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 0423-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE FIRMAS.
- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FIBRA.
- PROTECCIÓN DE UNIÓN DE PEDAL NW.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BLASTSHIELD (QUEMADO)
- DRENAJE Y LLEGADE DE AGUA BISTILADA.
- CAMBIO DE TRONIZE ANTRIDGE.
- AJUSTE DE CARGA Y MUERAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	José Rojas Carreras 12.843.195-0
Cargo	Equipos Médicos
Firma	 CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICO
Firma	 CENCOMEX