



CENCOMEX

SERVICIO TECNICO
PADRE FAUSTINO GAZZIERO 2197
FONO: 2 2949 1133
FAX: 2 2949 1073
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
servicio.tecnico@cencomex.cl
cyanez@cencomex.cl

INFORME TECNICO EN TERRENO

Nº 004243

FECHA: 14/8/2020

CLIENTE: HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

R.U.T.: 61.606.201-8

DIRECCION: AV. PEDRO ABUMEZ CONDA # 5900





CIUDAD: ANTOFAGASTA

TELEFONO:

FAX:

ENCARGADO: DIEGO VEGA

SERVICIO: MANUTENCION

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE Nº
LASER	QUANTA SYSTEM	LITANO	LHT 0999-0519
			

TRABAJO REALIZADO ☒


OBSERVACIONES ☒

- SE REALIZA MANUTENCION COMPLETA A EQUIPO.
- SE REALIZA LIMPIEZA Y LUBRICADO DE AGUA B.DOS UADA.
- SE REALIZA CAMBIO DE DEJON. DE ANTIMIDGE.
- SE REVISIA ESTADO DE BAST SHIELD (QUEMADO), SE REPARA POR NUEVO
- SE REVISAN NIVELES DE ENERGIA
- SE REALIZAN PRUEBAS DE DISMIO, EQUIPO 100% OPERATIVO
- SE SOLICITA REVISION DE FIBRAS POR BAST SHIELD QUEMADO


HORA DE INICIO ☒

HORA DE TERMINO ☒

TOTAL HORAS HOMBRE ☒


FIRMA
CENCOMEX S.A.

TÉCNICO: JORGE FERNANDEZ


Diego Vega Inostroza
Ingeniero Civil/Biomédico
Encargado EM/UPC/PC
Dominion SpA
FIRMA

EMPRESA:
CLIENTE: