

FECHA: 19/10/2021

Cliente: RED SAUD VITACUNA
Dirección: TAPANCUNA 1135
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: ASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 1000-05109

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:


- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BUSTSHIELD.
- DRENAGE Y LLENADO DE AGUA B.D.S.H.I.A.D.
- CAMBIO DE TERCERIZO ANEMÍDGE.
- SUBSTITUCIÓN DE ESPUMA Y PUEBLOS DE ISOLACIÓN.
- ADETE DE PODER SUAR. SE RECOMIENDA MANT. CORRECTIVA ACORDADA.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Samuel A. M. Manríquez</u>
Cargo	<u>Técnico de Equipos Médicos</u>
Firma	

CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRONICO</u>
Firma	

CENCOMEX