

FECHA: 29 / 11 / 2022

Cliente: Hosp. DE Quilpué

Dirección:

Ciudad: Quilpué Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASH Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITHO Serie: LHT 1048-0519

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar)


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BASTSHIELD (OK).
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIODISTILADA.
- CAMBIO DE DEIONIZE CARTRIDGE.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	
Cargo	Ricardo Medina V. 11.829.806-3 Encargado Equipos Médicos
Firma	
	CLIENTE

Nombre	JUNCE FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL AUTOMATICO
Firma	
	CENCOMEX