

FECHA: 22 / 6 / 2022

Cliente: Hosp. De Temuco

Dirección:

Ciudad: Temuco

Fono contacto:

Equipo/Sistema: LARON

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITHO

Serie: LHT 1121-0420

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☒ Ajuste/ Calibración

☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.

- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA B. DESLINDA.


- CAMBIO DE BLASTSHIELD


- CAMBIO DE DEIONIZE CONTINIDGE.

- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPOW

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Valerie Ramirez V.
Cargo	Ing. Civil Biomédico
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernandez
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICA
Firma	
	CENCOMEX