

FECHA: 30 / 1 / 2023

Cliente: Hosp. Dr. Hernán Hernández Aravena

Dirección:

Ciudad: Temuco Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASON Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITHO Serie: LAT 1721-0720

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

- CAMBIO DE BUSTSHIELD QUEMADO.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESECUADA.
- CAMBIO DE FICHA D.I.
- CALIBRACIÓN DE ENFOQUE.
- PRUEBAS DE DESPARR.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	Tamara Bustos E.
Cargo	Enfermera
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	Ing. Civil Electrónico
Firma	
	CENCOMEX