

FECHA: 5, 5, 2021

Cliente: HOSP. DR. HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ ANAQUEMA
Dirección: MANUEL MONTT
Ciudad: TENQUI Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: WATER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: W1100 Serie: LHC 1121-0720

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☒ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) INTORLOCK


Descripción Trabajo:

REVISIÓN DE ESTACIONARIA P. 55A.
DEMONTE Y LIMPIO DE AGUA BIDAS TAPAS.
CAMBIO DE BASTIDOR. (OK)
CAMBIO DE DEJONTO ANT. MDS.
CAMBIO Y PROTECCIÓN DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Fernanda Pacheco Mansalaz</u>
Cargo	<u>17.263.122-3</u> <u>Enfermera</u>
Firma	 <u>CLIENTE</u>

Nombre	<u>Jorge Fernandez</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL DOMINICO</u>
Firma	 <u>CENCOMEX</u>