

FECHA: 6 / 12 / 2021

Cliente: HOSP. DR. HERMAN HERNANDEZ MAQUENA

Dirección: _____

Ciudad: TEMUCO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Vason Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITHO Serie: LHT 1121 - 0420

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- REVISIÓN DE BORTSTAD.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESEADA.
- CAMBIO DE DEJONIZE CARTRIDGE.
- GUARDACIÓN DE ENGRASA Y PRUEBAS DE DESPACHO.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	<u>Marco Ulloa Ch.</u>
Cargo	<u>Jege Equipos Clinicos</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>SORBE PEREZ</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ACONCAGUA</u>
Firma	
CENCOMEX	