

FECHA: 10, 6, 2021

Cliente: CLINICA DAVILA
Dirección: REQUEÑA #464
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Ulsen Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: U1740 EVU Serie: LHT1293 - 0320

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISION DE ESTRUCTURA FISICA
- REVISION Y CAMBIO DE BATERIA
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESECCION.
- CALIBRACION DE ENFOCADA Y PUNTERAS
DE DISPON.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	AILYN MOLGAS MALDONADO
Cargo	Jefe de Equipos Médicos Clínica Dávila y Servicios Médicos SPA.
Firma	
	CLIENTE

Nombre	SURGE FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL ELECTRICISTA
Firma	
	CENCOMEX