

FECHA: 15 / 5 / 2023

Cliente: Hospital Padre Las Casas
Dirección: _____
Ciudad: Temuco Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Vison Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHU EVU Serie: LHT 1298-0320

Servicio:


☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☒ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- EQUIPO 100% OPERATIVO.
- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIODIGERADA.
- REVISIÓN DE BUST SHIELD (OK).
- CAMBIO FILTRO D.I.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PUNZAS DE DISPARO.
- CAMBIO PUNZAS DE FIBRA POR USOS LIMITADOS. POR SUZ-20
Hora Inicio: UNIVOLTA LENCUMEX Hora Termina:

Nombre	Alan Aedo
Cargo	Tecnico de Redes
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ing. civil administr
Firma	
	CENCOMEX