

FECHA: 14 / 11 / 2022

Cliente: HOSP. PADRE LAS CASAS
Dirección: _____
Ciudad: TEMUCO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO EVO Serie: LHT 1298-0320

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BLASTSHIELD.
- DRENAJE Y LLENADO CON AGUA BIDESTILADA.
- CAMBIO DE DEIONIZE CONTINÚO.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPTW.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Valerie Ramirez V.
Cargo	Prof. Ing. Biomedica
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Jorge Fernandez
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICO
Firma	
CENCOMEX	