

FECHA: 13 / 04 / 2023

Cliente: Cencomex

Dirección: _____

Ciudad: Santiago

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Láser

Marca: Quanta System

Modelo: Litho EVO

Serie: LHT 1301-0820

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

Se realiza drenaje y llenado de Agua del Sistema de Enfriamiento.
Se cambia Filtro De-Ionizante.
Se realizan Pruebas de Disparo y revisión de Blast Shield.
Mantenimiento Preventivo sin Novedades. Equipo Operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>LUIS CALFUQUEO</u>
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Ricardo Bravo</u>
Cargo	<u>Técnico Electrónico</u>
Firma	
	CENCOMEX