

FECHA: ____ / ____ / ____

Cliente: CENCOMEX

Dirección: _____

Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: AKON Marca: ALPHA SYSTEM

Modelo: LITHO EVU Serie: LHT 1301 - 0820

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):


Descripción Trabajo:

- Revisión de estructura física / para normalizada.
Diagnóstico y cambio de placa B.D.S.S.I.V.T.A.
Cambio placa D.I.
Revisión B.D.S.S.I.V.T.A.
Cambios de estructura y pruebas de desempeño.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Luis Alfaro</u>
Cargo	
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>Jorge Remon</u>
Cargo	<u>Ing. en Electrónica</u>
Firma	
CENCOMEX	