

FECHA: 4 / 4 / 24

Cliente: Cencomex
Dirección:
Ciudad: Santiago Fono contacto:

Equipo/Sistema: LÁSER Marca: Quanta System
Modelo: Litho EVO Serie: LHT 1301-0820

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar):


Descripción Trabajo:

Se realiza drenado de agua bidestilada. Cambio de filtro
desionizante. Rellenado con agua bidestilada
Calibración de energía y disparos láser sin problemas
BlastShield en estado óptimo.
Equipo 100% operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Luis Quiroga
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Natalia Espinoza
Cargo	
Firma	
	CENCOMEX